Les conseils à respecter

• Lavez-vous et séchez-vous soigneusement les mains avant une glycémie capillaire.

• Pensez à changer la lancette avant chaque mesure de la glycémie en actionnant le levier d'avant en arrière.

• Sélectionnez lors de la première utilisation la plus faible profondeur de piqûre (0.5) en tournant l'embout rotatif.

Si nécessaire, augmentez progressivement la profondeur jusqu'à obtenir une goutte de sang suffisante.

ACCU-CHEK® Mobile

Pour aller plus loin

• Appuyez environ 2 secondes sur ● pour allumer votre lecteur et pouvoir naviguer dans les menus.

• Identifiez vos glycémies pré et post-prandiales grâce aux différents marquages possibles*.

• Transférez et visualisez les graphiques de vos glycémies sur ordinateur via le câble USB fourni dans l'emballage d'origine de votre lecteur*.

** Consultez le guide d'utilisation présent dans l'emballage d'origine de votre lecteur pour plus de détails*

www.diabeteetados.fr
www.diabeteaufeminin.fr

Experience what's possible.*
*** Découvrez un monde de possibilités.**

Roche
Roche Diagnostics France
2, avenue du Vercors
38240 Meylan

Assistance utilisateur
contactez-nous
0 800 27 26 93
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE et FASTCLIX sont des marques déposées de Roche. © 2011 Roche Diagnostics France.

4253 - www.pro-g.eu
Réf. 00056004992

ACCU-CHEK® Mobile

Roche

Accu-Chek® Mobile

Le Tout-en-Un, Le lecteur sans bandelette

**50 tests sur une bande continue : test test test

Insertion d'une cassette

Ouvrez le capot de protection jusqu'à la butée.

Faites glisser le cran de sécurité du couvercle vers le haut.

Insérez la cassette. Refermez ensuite le couvercle, puis le capot.

Insertion d'un barillet

Retirez l'embout.

Insérez un nouveau barillet.

Replacez l'embout.

Le barillet doit être changé lorsque que vous avez utilisé la dernière lancette parmi les 6 disponibles.

Un barillet usagé est facilement repérable par sa bague rouge et non réutilisable.

Mesure de la glycémie

En 4 étapes
Tout simplement

Ouvrez le capot.

Piquez-vous le doigt pour obtenir une goutte de sang.

Appliquez la goutte de sang sur la zone réactive.

Lisez le résultat et refermez le capot.